

ZXCT-H
电流互感器现场校验仪



目 录

一、产品简介.....	- 2 -
二、产品特点.....	- 2 -
三、技术指标.....	- 3 -
四、操作指南.....	- 5 -
五、界面介绍.....	- 6 -
六、主界面操作介绍.....	- 7 -
1. 误差测试功能选择界面.....	- 7 -
2. 直流电阻界面介绍.....	- 9 -
3. 变比测试界面介绍.....	- 10 -
4. 任意点功能界面介绍.....	- 11 -
5. 辅助功能界面介绍.....	- 12 -
6. 数据中心界面介绍.....	- 13 -
7. 系统设置界面介绍.....	- 14 -
七、注意事项.....	- 15 -
八、装箱清单.....	- 15 -

一、产品简介

发电厂与变电站的高压电能计量装置，以及大量用户的电能计量装置，关系到发电、送电、供电及用户多方的利益。为保证计量准确，必须按照 SD109《电能计量装置检验规程》和 DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》进行检验。

本公司的 ZXCT-H 电流互感器现场校验仪是以高端测试技术，大规模电子线路设计以及符合国家相关规程研制出来的。它解决了现场检定电流互感器、电压互感器工作强度大、操作繁琐问题，同时该产品性能可靠、功能强大。

二、产品特点

1. 本仪器同时具有递推法测量电流互感器误差,方便现场开展计量装置现场检定工作。
2. 现场检定电流互感器无需标准电流互感器、升流器、负载箱、调压控制箱以及大电流导线,使用极为简单的测试接线和操作实现电流互感器的检定,极大的降低了工作强度和提高了工作效率,方便现场开展互感器现场检定工作。
3. 本仪器内部具有相当于被测电流互感器同变比的标准电压互感器,其准确度可以达到 0.05 级,准确的测量出被测电流互感器的变比和空载误差。然后结合阻抗与导纳的测试结果推算出互感器的误差。
4. 采用接近工频的异频功率电源测试,防止现场工频电磁辐射和串联干扰。
5. 测量范围宽,可以至 5A/5A~25000A/5A 或 5A/1A~6300A/1A。

6. 具有电流互感器变比、二次绕组内阻测试功能。
7. 采用 800×600 高分辨率大屏幕彩色液晶显示，具有人性化的界面及操作设计，使用触摸屏辅助操作，使操作变的更加方便、快捷。
8. 采用精准的软件算法，测量数据的准确性进一步提高。
9. 具有智能判断外接线状况，提示接线错误、变比、极性错误等。
10. 自动对测试数据进行化整，并判断是否超差，超差数据显示橙色，并且窗口右下角显示超差，对互感器的数据特性直观明了。
11. 直接出具现场检定结论，合格或超差。
12. 大规模存贮器可存储现场测试数据多达 1000 条。
13. 采用 RS232 或 USB 接口连接计算机打印数据证书。
14. 采用工程塑料模具机箱防震、防压，保障现场操作人员的安全和设备安全。

三、技术指标

1. 电流互感器误差测量部分

- 1) 整机准确度：被测电流互感器误差限值的 1/3
- 2) 测试范围：5A/5A~25000A/5A 或 5A/1A~6300A/1A

二次电流为 5A 的互感器额定一次电流范围							
5	7.5	10	15	20	25	30	40
50	60	75	80	100	120	150	160
200	250	300	315	400	500	600	630
750	800	1000	1200	1250	1500	1600	2000
2500	3000	3150	3200	4000	5000	6000	6300

二次电流为 1A 的互感器额定一次电流范围							
5	7.5	10	15	20	25	30	40
50	60	75	80	100	120	150	160
200	250	300	315	400	500	600	630
750	800	1000	1200	1250	1500	1600	2000
2500	3000	3150	3200	4000	5000	6000	6300

注：二次电流为 1A 的电流互感器，通过等安匝测量方法变比可至 31500A/1A。其它未在表中出现的电流互感器变比的测试方法如下：

使用等安匝法测试电流互感器，例如：需测试 1000A/5A 的互感器，请您将仪器配套的测试线将被测电流互感器穿心两匝，然后仪器中电流互感器测试界面中的一次电流输为 500A 即可。此种测试方法不影响互感器测试数据的有效性。

同理其它变比使用以下处理方法：

额定一次 (A)	穿心匝数	仪器一次电流 (A)
80	2	40
120	2	60
8000	2	4000
12000	2	6000

- 3) 被测电流互感器工作范围：1%~200%
- 4) 二次负荷：2.5VA~300VA、 $\text{COS } \phi = 0.1 \sim 1.0$
- 5) 被检电流互感器准确度范围：1.0、0.5、0.5S、0.2 及 0.2S
- 6) 电阻/导纳测量误差： $\leq 5.0\%$
- 7) 测量范围：R：0.00 Ω ~20.0 Ω

Y：0.000mS~100.0mS

2. 电压互感器校验仪部分

1) 基本误差:

a. 同相分量: $X = (X \times 2\% + Y \times 2\% \text{ 2个字})$

$Y = (X \times 2\% + Y \times 2\% \text{ 5个字})$

“X”、“Y” —— 仪器的显示值

“5个字” —— 仪器的量化误差

b. 百分表: 1级

c. 测量范围: $f: 0.0000\% \sim 200.0\%$

$\Delta: 0.000' \sim 999.9'$

3. 仪器消耗功率: 20VA

4. 仪器准确度等级: 0.05S级

5. 最大外形尺寸 (mm): 460*375*183

6. 重量: 10.0kg

四、操作指南

1. 面板图如下



五、界面介绍

1. 主界面的显示如下图：



- 1) 规程测试：点击此图标将进入电流互感器误差规程检定。
- 2) 直流电阻：点击此图标将进入离线状态下的电流互感器的二次绕组内阻测量。
- 3) 变比测试：点击此图标将进入电流互感器的变比测量。
- 4) 任意点测试：点击此图标将进入电流互感器的任意点的误差测试。
- 5) PT 测试：点击此图标进入电压互感器的变比和极性测量。
- 6) 数据中心：点击此图标将显示浏览仪器内部存储器中的各测试记录，可以进行数据的浏览以及删除、通讯等操作。
- 7) 系统设置：点击此图标将可以设置系统时间和液晶对比度。
- 8) 出厂设置：点击此图标输入密码生产厂家可以设置仪器内部参数。

注 1：实时显示系统时间及日期！

六、主界面操作介绍

1. 误差测试功能选择界面

选择规程测试界面进入图 1 为电流互感器误差测试前的参数设置：



图 1

- 1) 一次电流 (A)：选择一次电流时会出现另一个窗口如下图 2 显示，选择对应互感器的额定一次电流。

请选择一次电流				
6300	2000	630	160	40
6000	1600	600	150	30
5000	1500	500	120	25
4000	1250	400	100	20
3200	1200	315	80	15
3150	1000	300	75	10
3000	800	250	60	7.5
2500	750	200	50	5

图 2

- 2) 编 号：可以进行数字输入；

- 3) 二次电流 (A): 用户可以选择电流互感器二次电流为 5A 或 1A;
- 4) 测试人员: 可以进行数字代码输入;
- 5) 等级 (%): 可以选择 0.5、0.2、0.5S、0.2S 、0.1 级;
- 6) 温度 (°C): 可以进行数字输入;
- 7) 额定负荷 (VA): 通过键盘输入被检电流互感器的额定二次负荷;
- 8) 湿度 (%): 可以进行数字输入;
- 9) 轻载负荷 (VA): 通过键盘输入被检电流互感器的下限二次负荷。

下图 3 为电流互感器误差测试接线图:




图 3

首先参照界面显示的接线图接好测试线路，测试导线请使用厂家配备的专用测试线。然后根据测试需要，可以选择电流互感器规程测试、任意点测试或变比测试。

用户可以通过键盘操作或直接使用触摸屏进行操作。

进入图 4 该界面就可以进行互感器的规程测试

测试数据						
一次电流 (A)		二次电流 (A)			等级 (%)	
额定负荷 (VA)		轻载负荷 (VA)			功率因数	
比差 (%)	角差 (分)	百分表				
		1%	5%	20%	100%	120%
满 载	比差	测试				
	角差	测试				
	比差	化整				
	角差	化整				
轻 载	比差	测试				
	角差	测试				
	比差	化整				
	角差	化整				

图 4

- 1) 测试数据表格：表格内显示的数据为互感器的各个规程点测试数据以及化整数据，橙色显示的数据为超差数据。
- 2) 是否合格：此为该互感器检定结果。根据电流互感器检定规程对测试数据进行分析判断，得出该互感器是合格还是超差的结论。
- 3) 存 储：测试完成后窗口下面显示存储测量数据，断电后可保存。
- 4) 返 回：退出到上一显示界面（电流互感器测试功能选择界面）。

2. 直流电阻界面介绍

选择直流电阻图标进入下图 5 显示的界面点击测量就可以测试电阻；




图 5

该测试方法是在测试对象中通过 0.125A 直流恒流源，然后测量出测试对象两端直流电压即可得出该测量对象的电阻值。

1) 电 阻：测量对象的电阻值，单位为欧姆（ Ω ）。点击该按钮返回上一界面（主界面）。

3. 变比测试界面介绍

选择变比测试图标进入下图 6




图 6

精确变比测试点击“2”进入下图 7 变比前需设置一次电流和二次电流的参数。




图 7

1) 一次电流 (A)：显示被测电流互感器的一次电流；

- 2) 二次电流 (A): 显示被测电流互感器的二次电流;
- 3) 等 级: 可以选择 0.5、0.2、0.5S、0.2S 、0.1 级, 变比测试时可
无需设置此参数;
- 4) 额定负荷 (VA): 通过键盘输入被检电流互感器的额定二次负荷, 变比
测试时可无需设置此参数;
- 5) 轻载负荷 (VA): 通过键盘输入被检电流互感器的下限二次负荷, 变比
测试时可无需设置此参数;
- 6) 额定功率因数: 可通过键盘输入被检电流互感器的额定功率因数, 变
比测试时可无需设置此参数;
- 7) 测 量: 点击测量时仪器自动对被检互感器进行变比测量;
- 8) 返 回: 测试完成后点击此按钮回到上一级界面 (主界面)。

4. 任意点功能界面介绍

点击任意点测试进入下图 8 为互感器的任意百分表测试前的参数设置。



任意点测试

一次电流 (A)	请输入 (1-200%)
二次电流 (A)	
等 级 (%)	比差 (%) =
额定负荷 (VA)	角差 (分) =
轻载负荷 (VA)	
额定功率因数	

图 8

仪器提供电流互感器的任意百分点测试功能, 操作与规程测试大致相

同，需要注意的是请用户输入想测试的百分表点，选择测量后仪器将自动开始测量。

5. 辅助功能界面介绍

点击辅助功能进入下图 9 该功能主要向用户介绍一些常用的测试线路，结论是判断的依据等常用的信息，方便用户快速使用该仪器。



图 9

1) 电流互感器误差限值表格：点击“1”进入图 10 此界面为电流互感器规程中的基本误差限值表格。

误差限表格

准确等级	电流百分比	1	5	20	100	120
1	比值差 (±%)	—	3.0	1.5	1.0	1.0
	相位差 (±′)	—	180	90	60	60
0.5	比值差 (±%)	—	1.5	0.75	0.5	0.5
	相位差 (±′)	—	90	45	30	30
0.5S	比值差 (±%)	1.5	0.75	0.5	0.5	0.5
	相位差 (±′)	90	45	30	30	30
0.2	比值差 (±%)	—	0.75	0.35	0.2	0.2
	相位差 (±′)	—	30	15	10	10
0.2S	比值差 (±%)	0.75	0.35	0.2	0.2	0.2
	相位差 (±′)	30	15	10	10	10
0.1	比值差 (±%)	—	0.4	0.2	0.1	0.1
	相位差 (±′)	—	15	8	5	5

图 10

2) 常见问题处理：点击“2”进入图 11 此界面为使用该仪器时的注意事项，务必仔细阅读，仪器出现不正常现象时请与本公司联系。




图 11

6. 数据中心界面介绍

点击数据中心进入下图 12 为测试的所有数据。

编号	温度 (°C)	湿度 (%)	测试人员				
测试时间	其它						
一次电流 (A)	二次电流 (A)		等级 (%)				
额定负荷 (VA)	轻载负荷 (VA)		功率因数				
比差 (%)	百分表		1%	5%	20%	100%	120%
角差 (分)							
满	比差	测试					
	角差	测试					
载	比差	化整					
	角差	化整					
轻	比差	测试					
	角差	测试					
载	比差	化整					
	角差	化整					

上一组 下一组 上传 删除 返回

图 12

仪器可以共存储 1000 条互感器检定数据，压降测试数据以及负荷测试数据，用户可以浏览这些测试数据

1) 存储号 56：指该记录存储在仪器内的物理地址，用户可以直接输入存储编号查找对应存储的测试数据。

- 2) 上一纪录：浏览当前存储编号上一条的测试记录。
- 3) 下一纪录：浏览当前存储编号下一条的测试记录。
- 4) 删除：删除当前的测试记录。
- 5) 删除所有：删除所有在仪器内部的数据，操作前请用户再三确认是否删除。删除后数据将不可恢复。
- 6) 返回：点击该按钮返回上一级界面（主界面）。
- 7) 显示时间：液晶上显示的时间是该记录存储时刻的时间，也就是测试时间。

注 1：用户若要退出该浏览界面请按“返回”键。

注 2：如果浏览的数据是不存在，仪器则显示“无测试数据！”。

无测试数据！

7. 系统设置界面介绍

点击系统设置进入下图 13 在此功能中，用户可以自行设置系统的时间，液晶的对比度。




图 13

注意：厂家参数设置及密码，厂家设置仪器的参数以及进入设置界面需要输入的密码。点击复位按钮返回上一界面（主界面）。

七、注意事项

1. 使用该仪器时出现任何不正常现象请关闭电源并重新启动仪器使用。
2. 使用本仪器测试电压互感器和电流互感器时请严格遵照本说明书提供的测试线路进行测试。
3. 请不要自行对本仪器进行任何的开箱维修操作，否则将失去保修资格，出现仪器不正常工作现象请联系公司维修部门。

八、装箱清单

- | | |
|------------|-----|
| 1. 主机 | 1 台 |
| 2. 测试线 | 1 套 |
| 3. 电源线 | 1 根 |
| 4. 联机线 | 1 根 |
| 5. 保险管 | 2 个 |
| 6. 说明书 | 1 本 |
| 7. 检测报告 | 1 份 |
| 8. 合格证/保修卡 | 1 份 |
| 9. 线包 | 1 个 |

备注:

